

波长可调激光器

用户手册



产品描述:

筱晓光子研制开发的波长可调激光器是根据光纤实验室和工程应用的实际需要而开发的一种通用仪器。该仪器波长精度高、出纤功率大，稳定可靠，是光纤传感，光纤仪器的测量以及光纤器件生产的必备仪器。

我们的特有设计使仪器具有使用灵活，体积小、一体化，性价比高等特点，是广大客户的优先选择。

应用场合:

-  光纤传感系统
-  光纤器件生产车间
-  光纤光子学实验室
-  光学器件的研究开发
-  组成光纤及光器件的测试系统

技术指标 (特别注意, 开机热机一分钟后使用):

型号	MP-8211A
工作波段	1530~1565nm 或指定
波长调节分辨率	50GHz, 0.1nm (最低可选 0.01nm)
连接头型号	FC/APC, 其它连接头可选
出纤功率	大于 10dBm
回波损耗	大于 45dB
光谱线宽	5MHz(典型值)
边模抑制比	大于 40dB
调节速度	0.2 秒(典型值)
输出功率稳定性	正负 0.05dB @ 8H(室温 25+/-2 度)
工作电源	AC:220 V, 50 Hz
光纤类型	单模光纤 9/125μm
通信接口	RS232
设备尺寸	250x230x120mm
操作温度	15°C to 45°C
存储温度	-20°C to 70°C

*(不同批次会有微差, 不另行通知)

面板功能介绍:



- ①该按键改变步进量和执行设置结果, 长按 5 秒以上时打开激光器, 并按照设置波长进行切换, 切换过程中屏幕下方显示 PENDING, 切换完毕后屏幕下方显示 READY;短按时改变步进量, 步进量分别为 0.01, 0.1nm, 1nm, 10nm 或者 50GHz, 100GHz, 200GHz;
- ②波长值增加按钮, 每按一次波长值增加一个步进量, 例如步长为 1nm, 每按一次波长值增加 1nm, 直至为该仪器最大允许值, 其它类推;
- ③波长值降低按钮, 每按一次波长值降低一个步进量, 例如步长为 1nm, 每按一次波长值降低 1nm, 直至为该仪器最小允许值;
- ④输出光接口一, 连接器型号没有特殊指定即为 FC/APC;
- ⑤输出光接口二, 连接器型号没有特殊指定即为 FC/APC (备用)。

补充说明 (仅限于窄线宽型号, 非窄线宽型号不用理会)

操作规范示例:

- 1、输入电压为 220V 50Hz, 电压线从后面插入, 然后打开后面的电压开关;
- 2、设备屏幕开始点亮, 此时设备进入自检和初次启动工作, 屏幕下方显示 PENDING 状态, 直到屏幕下方显示 READY 方可进行按键操作;
- 3、最上面的键短按 (不超过 1 秒) 改变步进量, 长按 (超过 5 秒) 开始执行屏幕显示的波长切换, 如果不小心改变步进量时进行了长按操作, 须等待设备执行完毕即屏幕下方显示READY 后再进行其它按键操作, 或者持续长按使设备执行当前波长直至屏幕下方显示 READY 后再进行其它按键操作;
- 4、如需要频繁切换, 建议使用串口传输线发指令操作, 以免按键失误;
- 5、如设备长时间出现 PENDING 状态, 主要为按键操作不当造成, 重启设备即可。

编程参考:

该仪器支持程控功能, 程控接口为标准 RS232, 波特率为 9600, 指令为文本, 指令发送之后不需要加回车、换行等字符;

指令集[注意实际指令不需要以下的中括号, 以下的中括号只是为了说明内部为全部指令文本]:

- 1、[?SN]-该指令查询仪器序列号, 该序列号为我司内部备案所用, 仪器维修保养均基于此号码, 返回为文本;
- 2、[?WAVE]-该指令查询仪器当前所在工作波长, 例如返回[1550.1]表示该仪器当前工作在1550.1nm;
- 3、[SETWLXXXXXX]-该指令设置仪器当前工作的波长值, 在设置过程中系统会先关闭激光器, 系统屏幕中间会显示设置波长值, 系统屏幕下面会显示[PENDING], 完全设置成功后指令返回[SETWLXXXXXX_OK], 系统屏幕下面会显示[READY], 例如发送指令[SETWL1550.1], 系统会返回[SETWL1550.1_OK];
- 4、[LDRST]-该指令为设置复位当前仪器, 复位成功后返回[LDRST_OK];
- 5、[LDON]-该指令为打开激光器, 系统将会按照屏幕中间显示的波长打开激光输出, 执行完毕后返回[LDON_OK];



- 6、[LDOFF]-该指令为打开激光器，系统将会按照屏幕中间显示的波长打开激光输出，执行完毕后返回[LDOFF_OK]，屏幕下方会显示 LD OFF。
- 7、[CHKSTA]-该指令为查询激光器工作状态，若返回[LD OFF]，表示激光器输出关闭，若返回[READY]，表示激光器正常输出且已经切换到设定的波长值。

注意事项及维护:

仪器的合理使用与妥善保管可长期保持良好的性能指标，延长其使用寿命，因此需要适当维护：

- 1、仪器应避免强烈的机械振动、碰撞、跌落及其他机械损伤。运输时必须要有良好的包装和减振、防雨及防水措施；
- 2、应当经常保持仪器清洁，工作环境应无酸、碱等腐蚀性气体存在。可用沾有清水或肥皂水的干净毛巾轻轻擦洗机箱和面板。禁止用酒精、汽油等溶剂擦洗；
- 3、光输入口卸下光缆连接线应即时戴上防尘帽，以防止硬物、灰尘或其它脏物触及光敏面，污染和损伤端面；
- 4、禁止过强的光直接进入光输入口；
- 5、仪器应存放在干净通风的环境中。如果长期不用，应定期加电，在潮湿的季节或潮湿的地区，加电的间隔周期应缩短；
- 6、每隔一年，仪器应当校准一次；
- 7、仪器出现故障，应由交给厂家送修，禁止自行拆修仪器。
- 8、本产品保修期为一年（用户自行拆装、维修、机箱损坏均不在保修之列）。

常见故障处理:

故障表现	可能原因	解决办法
按键没有反应	按键没有充分按下去	按键时确保充分按下
通信没返回	波特率不正确	设置波特率为 9600

标准发货清单:

主机一台
电源线一条
使用说明书一本

